



GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Bd. Libertății nr. 14, București 5

Telefon 021 316 34 76

Fax 021 316 14 36

Operator date cu caracter personal nr. 35647

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
PENTRU AUTORIZAREA
DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. CI RDC 917/ 2024

În temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, al Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică și al Normelor specifice de securitate radiologică,

Ca urmare a analizării documentației înregistrată la C.N.C.A.N. cu nr. 3786/31303 din 03.04.2024,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ

ELITE DENTAL RADIO S.R.L.

din loc. Păulești, str. Rozelor nr. 7, jud. Prahova, tel. 0720739579

persoană juridică înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J29/678/2020 și CUI 42483369

să

DEȚINĂ, UTILIZEZE, DEZAFECTEZE

instalații radiologice, în cadrul:

Laboratorului de RX-diagnostic dentar

situat în: loc. Ploiești, str. Eroilor, nr. 8, bl. 14C, parter, ap. 2, jud. Prahova

în conformitate cu documentația prezentată și prevederile impuse în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul certificat.

Intră în vigoare la data de: 30.04.2024

Expiră la data de: 18.05.2033

PREȘEDINTE,

Cantemir Marian CIUREA-ERCĂU



Modificarea unilaterală, de către titular, a condițiilor în care a fost obținută înregistrarea este interzisă și duce la anularea înregistrării.

ANEXA Nr. 1

la certificatul de înregistrare pentru autorizarea desfășurării de activități în domeniul nuclear nr. CI RDC 917 / 2024

I. LIMITE:

1. *Instalația de RX - diagnostic dentar intraoral tip X-MIND DC, seria: XD 68954C/2023, cu următoarea componență:*

- monobloc tip X-MIND, seria: XD 66934 S/2023
- tub RX tip TOSHIBA DG 073 B, seria: 07767/ f. an
- timer tip X MIND, seria: XD 65191 T/2023
- con localizator tip Con 20 cm Makrolan, seria: XD 75315L/2023
- sistem de detecție tip Scan eXam, seria KL2324284/2023.

- Parametrii maximi ai instalației: 70 kV, 8 mA
- Producător: deGotzen – Italia
- Posedă furnizare fără ASR nr.: RP 1824/2020

2. *Instalație de RX – diagnostic dentar panoramic, tip CS 8100, seria: KKIA630/2022, cu următoarea componență:*

- monobloc tip CS8100/CU257, seria: KKXI129/2022,
- tub RX tip D-054, seria: 2H85126/2022,
- coloană port Tub tip CS8100, f.serie/2022,
- senzor tip CMOS/CGM44, seria KKTE124/2022.

- Parametrii maximi ai instalației: 90 kV, 15 mA
- Producător: Carestream Health Inc. –SUA,
- Reprezentant autorizat UE: KODAK TROPHY – Franța
- Posedă autorizație de furnizare fără ASR nr.: RP 1590/2019

II. CONDIȚII, CERINȚE DE RAPORTARE :

1. Începând cu data emiterii prezentului certificat de înregistrare, certificatul nr. CI RDC 1063/2023 își încetează valabilitatea.
2. Prezentul certificat de înregistrare își încetează valabilitatea în cazul în care instalația radiologică de la **pct. 1** nu este achitată integral și aceasta este returnată la furnizor.
3. Prezentul certificat își încetează valabilitatea în cazul expirării/rezilierii contractului de comodat pentru spațiul destinat laboratorului.
4. Se vor efectua lucrările de mentenanță (întreținere și verificare) recomandate de producător cu periodicitatea prevăzută în manualele de service ale instalațiilor radiologice și anual se vor verifica parametrii tehnici nominali și de securitate radiologică de către un operator autorizat de C.N.C.A.N. pentru desfășurarea acestui



tip de activitate, conform prevederilor Legii Nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare. Buletinele de verificare periodică se vor păstra la utilizator pentru a fi prezentate, la cerere, organelor de control.

5. Unitatea medicală va implementa un sistem de management al protecției radiologice care va include:

- Programul de asigurare al calității pentru expunerile medicale în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) și art. 34 din Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 186/2022 și publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 947 din 28.09.2022.

- Programul de protecție radiologică pentru lucrătorii expuși în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) și Anexa nr. 4 din Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 186/2022 și publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 947 din 28.09.2022.

- Programul de control al calității pentru instalațiile radiologice medicale în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 186/2022 și publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 947 din 28.09.2022.

6. Titularul de autorizație are obligația să anunțe de îndată orice eveniment radiologic la Centrul de Notificare al CNCAN (telefon: 021-351 50 89, fax: 021-351 50 88).

III. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA RADIOLOGICĂ

- **BURGHELEA ANDI-GABRIEL** - permis de exercitare nivel 2 nr. 435/2023
- **BURGHELEA ȘTEFANIA** – permis de exercitare nivel 2 nr. 434/2023

IV. CATEGORIA DE RISC RADIOLOGIC: 1

Drepturile dobândite pe baza înregistrării nu pot fi transmise fără acordul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.



ANEXA Nr. 2

la certificatul de înregistrare pentru autorizarea desfășurării de activități în domeniul nuclear nr. CI RDC 917/ 2024

1. Punctele de măsurare a câmpurilor de radiații din zonele controlate și zonele adiacente, stabilite în conformitate cu prevederile art. 23 din **Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie interventională**, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 186/2022 și publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 947 din 28.09.2022.
2. Frecvența măsurărilor se va stabili în conformitate cu prevederile art. 23, al. (4) și (5), din aceste norme.

Planul Laboratorului de RX-diagnostic dentar

